



十堰市妇幼保健院采购项目 单一来源采购文件

项目名称：东软 16 排 CT 配套球管

项目编号：FYZB-HW-2024-01-03

采购人：十堰市妇幼保健院

采购方式：单一来源

十堰市妇幼保健院·招标办

二〇二四年 三 月

目 录

- 第一部分 单一来源采购公告
- 第二部分 谈判邀请
- 第三部分 项目简介及要求
- 第四部分 供应商须知
- 第五部分 响应文件格式

第一部分 单一来源采购公告

一、项目信息

- 1、采购人：十堰市妇幼保健院
- 2、项目名称：东软 16 排 CT 配套球管
- 3、拟采购的货物或服务的说明：

拟采购东软 NeuViz 16 Classic CT 配套球管 1 个，原品牌/型号规格：CTR1740，生产厂家：东软医疗系统股份有限公司

- 4、拟采购的货物或服务的预算金额：40.0(万元)
- 5、采用单一来源采购方式的原因及说明：
经三次公开官网采购公告，无其他供应商报名。

二、拟定供应商信息

名称：武汉康瑞科技有限公司
地址：武汉市江汉区青年路 66-5 号招银大厦

三、公示期限

2024 年 02 月 28 日至 2024 年 03 月 5 日

四、其他补充事宜

五、联系方式

- 1、采购人信息
名称：十堰市妇幼保健院
地址：湖北省十堰市茅箭区林荫大道 256 号
联系方式：0719-8663361
- 2、项目联系方式
项目联系人：苏老师
电话：0719-8663342

2023 年 2 月 28 日

第二部分 邀请函

武汉康瑞科技有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等采购规定，我院拟对采购东软 NeuViz 16 Classic CT 配套球管项目开展单一来源谈判采购，现特邀请贵公司前来我院参加谈判。

十堰市妇幼保健院

2024年3月5日

第三部分 项目简介及要求

一、采购方式

本次采用单一来源采购方式进行公开采购。

二、采购需求

设备名称	东软 16 排 CT 配套球管	<input checked="" type="checkbox"/> 国产; <input type="checkbox"/> 进口; <input type="checkbox"/> 不限;
设备功能用途描述	东软 NeuViz 16 ClassicCT 配套球管, CTR1740	
具体技术参数、服务要求	<p>一、技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none">1、全新球管2、适用机型: 沈阳东软 NeuViz 16 Classic3、焦点: 0.4*0.7mm;0.6*1.3mm4、靶材料: 石墨基上的铼钨钼合金5、参考轴: 与窗的中心位置垂直6、靶角度: 7 度7、最大电压: 140KV8、高压发生器: 最大 42KW9、X 线球管灯丝电源: 最大电压 140KV;最大电流 MA(350MA) 小焦点最大功率 28KW,大焦点最大功率 42KW10、X 线球管组件最大热容量: 4.0MHU11、X 线球管阳极最大连续散热率: 6.3KW12、X 线球管阳极最大热耗散率: 7.0KW <p>二、服务要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 设备质保期限: 质保一年(或 20 万秒次), 先到为准。从安装验收合格之日算起;2. 保修期外设备维修:<ol style="list-style-type: none">1) 及时有效地提供维修服务, 在接到报修通知 12 小时内响应, 24 小时内到达现场维修(不可抗力因素除外);2) 如需更换零配件, 应提前告知医院, 只收取零配件成本费。	

三、供应商资格条件要求

- 1、完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
- 2、投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

3、投标人需提交以下材料（所有复印件加盖公司公章）：

（1）投标人如为所投设备医疗器械制造商或代理商，投标人须具备相应的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案证》，国家另有规定的从其规定。。

（2）投标人的基本情况，并附投标人、中间代理商、厂家的营业执照；

（3）投标商的财务审计报告；

（4）投标商的诚信证明（银行资信证明或“信用中国”网站的信用报告）；

（5）投标商提供近期的“社保缴纳完税证明”与“增值税缴纳完税证明”，须由税务局开具，或网上缴款凭证截图；

（6）参加投标的法人授权委托书，法人代表及项目负责人（被授权人）身份证复印件及近三个月社保证明；

（7）代理品牌、产品的相关资料，或其他相关资料文件；

（8）典型案例，优先提供湖北省内大型三甲医院案例合同，加盖公章。

四、单一来源采购文件构成

4.1 单一来源采购文件用以阐明所需提供的货物及服务、谈判程序、谈判内容、合同条件以及评定成交的标准等。单一来源采购文件由单一来源采购文件总目录所列内容组成。

4.2 供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对单一来源采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对单一来源采购文件要求作出实质性响应的报价。

五、单一来源采购文件的澄清

供应商如要求对单一来源采购文件澄清，应以书面形式（包括电报、电传、传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予

以澄清或以书面形式予以答复。

六、单一来源采购文件的修改

6.1 在报价截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对单一来源采购文件进行修改。

6.2 单一来源采购文件的修改将以书面形式通知所有单一来源采购文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对单一来源采购文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟报价截止日期，并以书面形式通知所有已领取单一来源采购文件的供应商。

6.4 单一来源采购文件的修改书将构成单一来源采购文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

七、报价有效期

本项目报价有效期：自谈判之日起90天。响应文件中规定的有效期短于90天的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝其响应文件。

八、成交通知

中标人确定后，2个工作日内，在十堰市妇幼保健院官网上（<http://www.hbsyfy.com/>）公告成交结果，并发出成交通知书。

九、响应文件要求

9.1 响应文件必须装订成册，并填写“响应文件资料目录”。未装订成册的视为不符合规定的响应文件，按无效投标处理。

9.2 供应商应将响应文件正本和副本应密封提交，并在密封包装外标明单一来源采购编号、项目名称、供应商名称等字样。

9.3 份数：响应文件需准备三份（一份正本和贰份副本）；供应商应将报价一览表（第一次报价）单独封装在一个信封内，与响应文件分装，并同时递交采购人。